



## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 095/2017

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 17/10/2017 às 10h33min que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

**Pergunta:** “Bom dia!

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento sobre alguns itens, referente ao Pregão Presencial 095/2017 Processo: 1272/2017, pois as descrições ficaram confusas.

Item Especificação

28378-COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO **91CM X 91CM** - Compressa de Gaze Tipo Queijo Compressa Cirúrgica é confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. A compressa resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas.

**Dúvida: A medida solicitada de 91CM X 91 CM não existe. Qual medida devemos considerar?**

2031-SERINGA DESCARTAVEL 1ML INSULINA C/ AGULHA 0,33MM X 13MM -> Seringa descartável 1 ml P/ INSULINA o **Bico Slip** o Látex Free o Estéril/ Apirrogênica/ Atóxica o Produto de uso único o Corpo transparente o Cilindro com anel de retenção o SERINGA DE 1ML 29G X 1/2 (0,33MM X 13MM) INSULINA U-100 SENDO **COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**.seringa descartável para insulina com capacidade para 100UI, com escala externa gravada, indelével, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento por 0,30 mm de diâmetro em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. Embalada em pacotes com 10 unidade Enviar juntamente com a documentação técnica, o material que comprove que a empresa possui investimento em Educação em Diabetes aos usuários, de acordo com a Lei 11347, pois será motivo de desclassificação. treinamento gratuito aos servidores das Unidades e Municípios que irão se utilizar da Ata de Registro de Preços, seu ônus para Prefeitura. Produto tem que ter selo inmetro.MARCA REPROVADA SR

**Dúvida:** Para este item, teve resposta a um esclarecimento, documento Esclarecimento2 publicado no site, onde consta: Seringa descartável de 1ml insulina c/ agulha 0,33mmx 13mm – na descrição desse item saiu varias duvidas sobre o mesmo. PORTANTO LEIA-SE: SERINGA DESCARTAVEP DE 1ML/CC U-100, PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ AGULHA 29G 1/2” 12,7X033MM CORPO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE SERINGA ESTERIL COM AGULHA FIXA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. **Ou seja, devemos alterar todo o descritivo ou manter parte do anterior e fazer apenas alteração? Ainda questionamos se caso mantenha o descritivo anterior onde solicita Bico Slip, este não comporta dispositivo de segurança.**



262. 28465-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA - Seringa descartável 10 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. o Bico **Slip / Bico Luer Lock** ESTÉRIL o Esterilizada a Óxido de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o corpo da seringa, evitando. MARCA REPROVADA SR.

265. 28469-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA - Seringa descartável 20 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes o **Bico Slip / Bico Luer Lock** ESTÉRIL o Esterilizada a Óxido de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o corpo da seringa, evitando vazamento. MARCA REPROVADA SR.

266. 28466-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA - Seringa descartável 3 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes o **Bico Slip / Bico Luer Lock** ESTÉRIL o Esterilizada a Óxido de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o corpo da seringa, evitando vazamento. MARCA REPROVADA SR.

267. 28467-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA - Seringa descartável 5 ml sem agulha. Atendendo a NR32, com a finalidade de oferecer mais uma opção e segurança ao profissional da saúde. Provida de dispositivo de segurança, tipo clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes o **Bico Slip / Bico Luer Lock** ESTÉRIL o Esterilizada a Óxido de Etileno o Atóxico o Apirogênico o Descartável o USO ÚNICO - Proibido reprocessar o Êmbolo com trava - previne a separação entre o êmbolo e o corpo da seringa, evitando. MARCA REPROVADA SR.

**Dúvida: NOS ITENS 262, 265, 266 E 267 consta no descritivo a solicitação dois tipos de bicos, sendo: Bico Slip / Bico Luer Lock. Qual dos dois Bicos devemos considerar? Uma vez que como solicitam NR32 o correto seria considerar o Bico Luer lock, pois o Bico Slip não comporta dispositivo de segurança.”** Transcrito conforme recebido



**Resposta:** Esta Comissão, após ter contatado a equipe técnica da Secretaria de Saúde, responsável pela solicitação dos referidos itens obteve a seguinte resposta:

Bom dia!

Senhores fornecedores o dispositivo de segurança deve ser considerado, porém por se tratar de uma unidade de Unidade de Pronto Atendimento onde todo tipo de procedimento mesmo de pequeno porte é realizado como passagem de sonda ou infiltração a retirada da seringa da agulha se faz necessária e a obrigatoriedade de ter que rosqueá-la novamente no caso da LUER se torna impossível sem perder o acesso .

Atenciosamente

**Letícia Wbatuba**

### **Item Especificação:**

92. **28378-COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91CM** - Compressa de (jo Compressa Cirúrgica é confeccionada com fios 100% algodão em tecido c ou sem fio radiopaco. A compressa resulta do entrelaçamento das quatro ca que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. **PORTANTO I COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91M, GOSTARIA DE COMUN QUE É DE 13 FIOS.**

264 **2031-SERINGA DESCARTAVEL 1ML INSULINA C/ AGULHA 0,33MM X 13MM -> Seringa descartável 1 ml P/ INSULINA o Bico Slip o Látex Free o Estéril/ Apirogênica/ Atóxica o Produto de uso único o Corpo transparente o Cilindro com anel de retenção o SERINGA DE 1ML 29G X 1/2 (0,33MM X 13MM) INSULINA U-100 SENDO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.. Produto tem que ter selo inmetro.MARCA REPROVADA SR. **PORTANTO LEIA-SE: SERINGA DESCARTAVEP DE 1ML/CC U-100, PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ AGULHA 29G 1/2" 12,7X033MM CORPO ÚNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE SERINGA ESTERIL COM AGULHA FIXA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. GOSTARIA DE COMUNICAR QUE ESSE TAMANHO AQUI COLOCADO É DA ULTIMA COMPRA DA MESMA SERINGA, UMA VEZ QUE ESSE TAMANHO QUE ESTA NO EDITAL DO PREGÃO SEGUNDO FOI NOS PASSADO QUE NÃO EXISTE MAIS.****

**SOBRE OS ITENS: 262, 265, 266, 267: NESSES ITENS É PRA SER CONSIDERADOS TODOS OS BICOS DE SLIP em dispositivo de segurança...**

**Sem mais para o momento,  
Atenciosamente,**

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,



\*José Ricardo Alves de Oliveira  
Coord. Licitações

\*Original assinado nos autos do processo

