

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 099/2016
Processo nº 1794/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 17/10/2016 às 15:55 h que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta:“Boatarde!

A DC HEART inscrita o CNPJ: 13.676.954/0001-60 solicita esclarecimento referente ao item 45 do edital de pregão presencial 099/2016 da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste.

DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Desfibrilador Choque Bifásico, energia de até 360 Joules e pás multifuncionais, com comando de carga no botão no painel e nas pás externas.

Este descritivo com comando de carga no botão no painel e nas pás externas se aplica ao Cardioversor. Considerando que a necessidade do Orgão seria um Cardioversor o preço está muito abaixo do mercado

20	UN	R\$5.925,00	R\$118.500,00
----	----	-------------	---------------

Qual a necessidade do Orgão? Adquirir Cardioversor conforme descritivo acima ou adquirir Desfibrilador?

Atenciosamente,” **Transcrito conforme recebido no Pedido de Esclarecimento.**

Resposta: Existe sim a necessidade de aquisição de desfibrilador externo automático-DEA, para as Unidades Básicas de Saúde –UBS.

Esclareço que a Atenção Primária de Saúde (APS) é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), sendo assim deve acolher, classificar, atender e estabilizar casos de urgência até serem encaminhados para UPA, para tal, as UBS's precisam estar estruturadas.

Estas afirmações estão previstas no art. 6º, capítulo II da Portaria do MS, nº 1.600, de 7 de julho de 2011:

“O componente atenção básica em saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades.”

Quanto à descrição do equipamento, está compatível com o desfibrilador, conforme solicitado.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

José Ricardo Alves de Oliveira
Analista de Licitações

*Original assinado nos autos do processo

