

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
ABERTURA 07/06/2018 – AS 08:00 HRS

ATT. SETOR DE LICITAÇÕES
SR PREGOEIRO CRISTIAN DOS S. PERIUS

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

A empresa CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP, CNPJ 15.371.628/0001-70, sediada na Avenida General Mello nº 1527, bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP 78065-290, por seu representante legal o Sr. Tertuliano Gonçalves da Costa, RG 0003298-0 e CPF 171.769.301-63, vem, respeitosamente, interpor impugnação administrativa ao referido instrumento convocatório pelos motivos e argumentos a seguir:

1. RESUMO DA IMPUGNAÇÃO

A IMPUGNANTE requer a alteração do descritivo de alguns itens pois os mesmos estão direcionados a determinadas marcas.

2. DOS FATOS

Ocorre que, por simples análise ao edital, podemos verificar que alguns itens encontram-se com direcionamento de marcas, segue:

ITEM 4 - APARELHO P/ PROFILAXIA E ULTRASOM -APARELHO DE ULTRASSON PARA PROFILAXIA E TARTARECTOMIA Composto de ultra-som e jato de bicarbonato, projetado para a remoção do biofilme mineralizado e do biofilme não mineralizado. Chave seletora de potência permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições). Válvula reguladora proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção de biofilme. 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Possibilita o uso de líquidos anti-sépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. AS PARTES DESTACADAS EM AMARELO DIRECIONAM A MARCA DABI ATLANTE.

ITEM 5 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - Syncrus GL - Design arredondado com linhas arredondadas. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal PTProgramação de trabalho. VZ- Volta zero. SESubida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. - Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; - Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática a posição zero; - Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base -Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. 16 Gnatius -Máxima de 900 mm. Estofamento amplo -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação - Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts.



Apoio dos braços -Dois braços fixos GLX. Sistema eletrônico -Integrado e **de baixa voltagem: 24 volts**. Tensão de alimentação -127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. **Ambidestro Equipo Syncrus F** Composição: - Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo da cadeira. -Garante mais liberdade aos movimentos. Pedal - Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. -Fácil de limpar. -Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Caixa de ligação - Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura -Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo - Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. **Ambidestro Unidade de Água Syncrus L** Composição -1 suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba - Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos -Facilita a limpeza e desinfecção. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira -Localizado na lateral da unidade de água. **Ambidestro Refletor Sirius Sensor Tecnologia de iluminação - LED** - Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais; - Não utiliza lâmpadas; - Maior durabilidade da fonte de luz (LED), **até 50.000 horas**. A MESMA ESTÁ TOTALMENTE DIRECIONADA A MARCA GNATUS ESTANDO ATÉ COM O MODELO DA CADEIRA NO DESCRITIVO E TODA DESCRIÇÃO DESTE MODELO

ITEM 7 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO -**CMO 12/150** Dados Técnicos: Tensão: 127/220 (Cod.: 27189.6) Número de fases: Monofásico Frequência: 60 Hz Potência do motor: 2x1 HP Deslocamento Teórico: 12 pes/min. ? 340 l/min. Número de estágios: 1 estágio Número de pistão: 2x2 - V Número de polos: 4 polos Pressão de operação (Mínimo): 80 lbf/pol - 5,5 bar Pressão de operação (Máximo): 120 lbf/pol - 6,9 bar Rotação da unidade compressora: 1750 rpm Volume de óleo: Isento. O ITEM NÃO CONSTA NA DESCRIÇÃO A LITRAGEM DO COMPRESSOR, ITEM TAMBÉM DIRECIONADO A MARCA MOTOMIL

3. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento da presente impugnação para que sejam alterados no instrumento convocatório, as descrições acima destacadas não havendo a possibilidade de cotar outras marcas e atender o descritivo do edital pois somente essas marcas atendem toda a descrição. solicitamos que seja alterada a descrição pois desta forma está restringindo a competitividade entre os participantes ofendendo o princípio da legalidade.

Sendo assim esperamos que a descrição seja alterada retirando as partes destacadas em amarelo pois assim passa a ser uma forma genérica em que todos possam participar com suas marcas.

Termos em que se pede e aguarda deferimento

Cuiabá/MT, 04 de Junho de 2019

