



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Comissão Permanente de Licitações

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 0124/2021

Nobre licitante,

Em atenção ao e-mail recebido em quinta-feira, 14 de outubro de 2021 11:26, que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta:

Sr. Pregoeiro o item 02 solicita termômetro com capacidade máxima de aferição de 50°C, ocorre que este valor não é padrão, em geral os termômetros mensuram até 43°C o que é compreensível fisiologicamente.

Houve erro de digitação? Por qual motivo está sendo solicitado mensuração máxima tão elevada? Será aceito modelos com faixa de medição padrão?

Resposta: Caro Sr. Licitante; respondendo ao seu questionamento, informo que tal afirmativa não se prospera, haja vista que o Anexo I "Termo de Referências" até sugere uma maca que atenda aos requisitos.

49652- Termômetro clínico infravermelho de testa, uso sem contato: Com faixa de medição de 10° a 50° com visor digital. Marca sugerida: INCOTERM.

<https://www.incoterm.com.br/solucoes-em-medicao/termometros-de-maxima-e-minima-digital/produto/7424-02-1-00-termometro-digital-com-maxima-e-minima>

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de Medição: - 50°C a + 70°C

Exatidão: +/- 1°C para a escala de -20°C a +50°C e +/- 2 °C no restante da escala

Resolução: 0.1 °C/°F

Dimensões: 60x39x14mm

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*REGIANE CRISTINA DA SILVA DO CARMO

Pregoeira

*Original assinado nos autos do processo