Be Care Comércio de Produtos Médicos Hospitalares LTDA.

Rodovia BR 280, N 5065-Galpão 14 Sala 01 - Colégio Agrícola

Araquari- SC - CEP: 89245-000 licitacao@becaremat.com.br

(011) 5904-0100 - CNPJ: 12.918.336/0003-89 - IE: 258.753.285

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 124/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2097/2021

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A Empresa BeCare Comércio de Produtos Medico Hospitalares LTDA, sob CNPJ nº 12.918.336/0003-89, através de seu representante legal o Sr. GUILHERME PORLAN GUARNIERI, portador do RG nº 27.197.867-3 SSP e do CPF nº 324.802.698-76, vem solicitar esclarecimento referente ao item 02 do Pregão Eletrônico nº 124/2021, conforme abaixo:

Sr. Pregoeiro o item 02 solicita termômetro com capacidade máxima de aferição de 50°C, ocorre que este valor não é padrão, em geral os termômetros mensuram até 43°C o que é compreensível fisiologicamente.

Houve erro de digitação? Por qual motivo está sendo solicitado mensuração máxima tão elevada? Será aceito modelos com faixa de medição padrão?

Sem mais, agradecemos e ficamos no aguardo.

Araquari, 14 de Outubro de 2021.

Guilherme Porlan Guarnieri (Sócio Diretor)

E-mail. comercial1@becaremat.com.br / licitacao@becaremat.com.br

Tel. 11 - 5904-0100

